

BTL-5710 Sono

1-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej z 2 wyjściami do jednoczesnego podłączenia 2 głowic i terapii jednego pacjenta



Podstawowe właściwości

- Kolorowy ekran dotykowy z pen-pointerem (5,7")
- Jeden kanał zabiegowy
- Jednoczesne podłączenie 2 głowic
- Możliwość rozbudowy do 4 różnych terapii w jednym aparacie - elektroterapia, ultradźwięki, laser i magnetoterapia, do 6 kanałów w 1 aparacie
- Wbudowana baza gotowych programów terapeutycznych i encyklopedia terapii
- Własne programy terapeutyczne Użytkownika
- Kartoteka pacjentów
- Programowalne sekwencje parametrów terapii
- Wieloczęstotliwościowe (1/3MHz) ergonomiczne i wodoodporne głowice ultradźwiękowe o rozmiarach 5 i 1cm² z wizualną kontrolą kontaktu ze skórą pacjenta
- Monitorowanie jakości kontaktu głowicy z pacjentem na ekranie, sygnalizacja dźwiękowa
- Praca ciągła i impulsowa od 10 do 150 Hz, regulacja co 10 Hz
- Nastawienie współczynnika wypełnienia 5 – 100%
- Natężenie do 2W/cm² przy pracy ciągłej, do 3W/cm² przy pracy impulsowej
- BNR<5
- Identyfikacja, test i kontrola akcesoriów
- Możliwość wyboru koloru obudowy

- Wielojęzyczne menu
- Regulacja głośności aparatu, kolorów, jaskrawości ekranu, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączenie
- Terapia skojarzona – ultradźwięk z elektroterapią, bezpośrednie wyjście do elektroterapii

Podstawowe parametry techniczne:

- Wymiary: 230 x 390 x 260mm
- Waga (bez akcesoriów): 4,7-5,3kg
- Zasilanie: 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz
- Klasa według MDD 93/42/EEC: IIb
- Klasa ochrony sprzętu: II (wg IEC 536)

Wyposażenie standardowe:

- Głowica wieloczęstotliwościowa (1/3 MHz) 5 cm²
- Żel do terapii 0,3 l
- Uchwyty na akcesoria
- Pen-pointer
- Kabel sieciowy
- Instrukcja obsługi i przewodnik użytkownika



Wyposażenie dodatkowe:

- Głowica wieloczęstotliwościowa (1/3 MHz) 1 cm²
- Żel do terapii 1l
- Przewód połączeniowy 1m do połączenia aparatów do elektroterapii z BTL-VAC i aparatami do terapii ultradźwiękowej
- Stolik BTL-physio
- Stolik SMART/PREMIUM



Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa 1 i 3 MHz 1 cm²



Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa 1 i 3 MHz 5 cm²



Stolik SMART/PREMIUM



Stolik BTL-physio

